

5. pielikums
Atklāta konkursa “Digitālā mamogrāfa iegāde SIA “MOŽUMS-1”,
iepirkuma identifikācijas Nr. M-1_01_2025, nolikumam

SAIMNIECISKI IZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Nosaukums	Kritērijs	Vērtēšanas kārtība	Maksimālais punktu skaits par kritēriju	Maksimālais KOPĒJAIS punktu skaits
A	Kopējā piedāvātā līgumcena (par iekārtu piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un garantijas apkalpošanu)	Piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu. Cena kopā bez PVN, EUR tiek vērtēta ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 35 punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķirami punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu: $A = A_v / A_{fakt} \times 35$, kur A_v – viszemākā piedāvātā Cena kopā bez PVN, EUR, A_{fakt} – vērtējamā piedāvājuma Cena kopā bez PVN, EUR	35	35
B	Piedāvājums ar viszemāko elektroenerģijas patēriņu (kWh) gaidīšanas režīmā	Piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 1 punkts. Pārējiem piedāvājumiem piešķirami punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu: $B = B_v / B_{fakt} \times 5$, kur B_v – viszemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš, B_{fakt} – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš	1	1
C (tehniskie parametri)	Vertikālā kustība augstumā līdz vismaz 135 cm (motorizēta kustība)	Ja kustība augstumā līdz 150 cm vai vairāk	5	34
	Gentrija rotācija ne mazāk kā +180°/-150°	Ja gentrija rotācija ne mazāk kā +180°/-180°	5	
	Maksimālā rentgenspuldzes ekspozīcija vismaz 500 mAs	Ja maksimālā rentgenspuldzes ekspozīcija vairāk par 700 mAs	2	
	Starojuma avots - filtrācija - rotējošs volframa anods (W) un / vai W/Rh vai	Ja W/Ti anoda - filtru kombinācija	1	

	Mo/Rh, vai Mo/W filtrācija, vai cita šo ķīmisko elementu kombinācija			
	Detektora izejas signāla gradācija ne mazāk kā 14 biti	Ja 16 un vairāk biti	1	
	Tomosintēzes programmatūra un aparātūra	Ja tomosintēzes leņķis ir ne mazāk kā 50 grādi	20	
Kopējais iegūstamais maksimālais punktu skaits:				70