

IEPIRKUMA NOLIKUMS

“Kardioloģisko izmeklējumu un monitorēšanas aprīkojuma piegāde”

Cenu aptauja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. SAM 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” projekta Nr. 4.1.1.1/4/25/I/015 ietvaros

1. Vispārējā informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs	Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr.	40003306807
Juridiskā adrese	Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005
Kontaktpersona	Sergejs Zadorožnijs, tālr. +371 67889013, e-pasts: sergejs.zadoroznijs@ljmc.lv

2. Iepirkuma priekšmets un iepirkuma daļas

Iepirkuma priekšmets ir kardioloģisko izmeklējumu un monitorēšanas medicīnas aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” vajadzībām. Iepirkums tiek veikts kā cenu aptauja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkums ir sadalīts 3 (trīs) daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām daļām. Par katru daļu tiek veikta atsevišķa piedāvājumu vērtēšana. Piedāvājums iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu pilnībā; piedāvājumi par atsevišķām pozīcijām daļas ietvaros netiek vērtēti.

Daļa	Iepirkuma priekšmeta apraksts	Daudzums
1. daļa	Kardioloģiskās slodzes (ergometrijas) izmeklējumu sistēma: datorizēta miera un stresa EKG sistēma, vakuumelektrodu sistēma uz statīva, veloergometrs un asinsspiediena mērīšanas modulis, savstarpēji integrēti vienotā programmatūras vidē.	EKG sistēma – 2; vakuumelektrodu sistēma – 2; veloergometrs – 2; a/s modulis – 2
2. daļa	Portatīvais elektrokardiogrāfs ar pārnēsāšanas somu.	Elektrokardiogrāfs – 3; soma – 3
3. daļa	Ambulatorais asinsspiediena monitors (asinsspiediena holteris).	1

3. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāk kā 2 (divi) mēneši no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

4. Paredzamais iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiks

Iekārtu piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā (katrai daļai atsevišķi) — ne vairāk kā 3 (trīs) mēneši no attiecīgās daļas līguma noslēgšanas dienas.

5. Iepirkuma izpildes (piegādes) vieta

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005.

6. Tehniskā specifikācija

Tehniskajā specifikācijā norādītas pasūtītāja minimālās (obligātās) prasības. Pretendenta piedāvātie parametri var būt vienādi ar norādītajiem vai labāki. Norādes uz standartiem, sistēmām vai

parametriem, kam pievienots “vai līdzvērtīgs / vai līdzvērtīgu”, pieļauj līdzvērtīgu risinājumu piedāvāšanu.

Detalizētas minimālās (obligātās) tehniskās prasības katrai daļai un tehniskās atbilstības tabula ir noteiktas šā nolikuma 1. pielikumā (Tehniskās specifikācijas un piedāvājuma veidlapa, Excel), kur katrai daļai ir atsevišķa lapa.

6.1. 1. daļa — Kardioloģiskās slodzes (ergometrijas) izmeklējumu sistēma: datorizēta miera un stresa EKG sistēma (2 gab.), vakuumelektrodu sistēma uz statīva (2 gab.), veloergometrs (2 gab.) un asinsspiediena mērīšanas modulis (2 gab.), savstarpēji integrēti vienotā sistēmā.

6.2. 2. daļa — Portatīvais elektrokardiogrāfs (3 gab.) ar pārnēsāšanas somu (3 gab.).

6.3. 3. daļa — Ambulatorais asinsspiediena monitors (asinsspiediena holteris) (1 gab.).

7. Prasības pretendētam

7.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs pretendenta reģistrācijas faktu pārbauda publiski pieejamos reģistros; atsevišķa reģistrācijas apliecinājuma iesniegšana nav nepieciešama.

7.2. Uz pretendentu neattiecas normatīvajos aktos noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pret pretendentu, tā valdes vai padomes locekļiem un patiesā labuma guvējiem nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas liegtu piedalīties iepirkumā.

7.3. Pretendentam nav nodokļu parādu, tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

7.4. Pretendentam nav interešu konflikta ar pasūtītāju Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 izpratnē.

7.5. Piedāvātās medicīniskās ierīces atbilst attiecīgās daļas tehniskajai specifikācijai un ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu. Piederumiem CE marķējums nepieciešams, ja tā nepieciešamību nosaka attiecīgās normatīvās prasības.

Iepriekš minēto pretendents apliecina ar 2. pielikuma apliecinājumu. Atbilstību apliecinājošie dokumenti iesniedzami saskaņā ar šā nolikuma 9. sadaļu. Interešu konflikta neesību pretendents apliecina ar pieteikumam (2. pielikums) pievienoto atsevišķo apliecinājumu.

8. Iekārtu (piedāvājuma) cena

Pretendents cenas norāda eiro (EUR) par katru daļu atsevišķi, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Iekārtu cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tostarp piegāde līdz izpildes vietai, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība. Pretendents finanšu piedāvājumu (1. pielikums) aizpilda tikai par tām daļām, par kurām iesniedz piedāvājumu.

9. Prasības piedāvājumam un tā iesniegšanai

9.1. Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

- (1)** Tehniskās specifikācijas un piedāvājuma veidlapa (1. pielikums, Excel) — aizpildīta par katru daļu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums; tajā norāda piedāvāto iekārtu marku un modeli, tehniskās atbilstības tabulu un finanšu piedāvājumu;
- (2)** Pieteikums un pretendenta apliecinājums (2. pielikums) — parakstīts pieteikums, kurā norādīts, par kurām daļām pretendents piesakās, un piedāvātā kopējā līgumcena par katru daļu, kā arī viens apliecinājums par visu piedāvājumu; Pieteikumam pievienots pretendenta parakstīts apliecinājums par interešu konflikta neesību Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 12. un 13. punkta izpratnē.

(3) ražotāja sagatavota tehniskā dokumentācija, piemēram, tehnisko datu lapa, lietošanas instrukcija, katalogs vai cits ražotāja dokuments, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

9.2. Piedāvājums iesniedzams parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstīts un ieskenēts, nosūtot uz e-pasta adresi info@ljmc.lv, vai izdrukāts un parakstīts iesniedzams pasūtītāja telpās Patversmes ielā 23, Rīgā, līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam.

9.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Ražotāja tehniskie materiāli (brošūras, datu lapas) var būt iesniegti arī svešvalodā.

10. Piedāvājumu vērtēšana

10.1. Piedāvājumi tiek vērtēti par katru daļu atsevišķi.

10.2. Pasūtītājs vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst 7. sadaļā noteiktajām prasībām pretendentam un kuru piedāvātās iekārtas atbilst attiecīgās daļas tehniskajai specifikācijai.

10.3. Katrā daļā par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš atbilst visām noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu attiecīgajā daļā.

10.4. Par katru daļu tiek slēgts atsevišķs līgums. Viens pretendents var iegūt līgumslēgšanas tiesības vienā, vairākās vai visās daļās.

Pielikumi

1. pielikums — Tehniskās specifikācijas un piedāvājuma veidlapa (Excel, atsevišķa lapa katrai daļai).

2. pielikums — Pieteikums un pretendenta apliecinājums (ietver arī apliecinājumu par interešu konflikta neesību).