

Rīgā, 2026. gada 18. jūnijā

Grozījumi Nr. 2 iepirkuma procedūras dokumentācijā ID Nr. ERAF 024-2026/06-01

Iepirkums: “MEDICĪNISKO IEKĀRTU IEGĀDE”

Projekts: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 4.1.1.1/4/25/I/024

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS 4”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS 4” (turpmāk – Pasūtītājs), ievērojot iepirkuma procedūras “MEDICĪNISKO IEKĀRTU IEGĀDE”, ID Nr. ERAF 024-2026/06-01, nolikumu un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kā arī izvērtējot iesniegtos jautājumus par iepirkuma dokumentācijas 2. pielikuma 4. daļu “USG oftalmologiem”, veic šādus grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

1. Grozījumi nolikumā

- 1.1. Iepirkuma procedūras nolikuma 1.9.1. punkts, kas grozīts ar Grozījumiem Nr. 1, tiek izteikts šādā redakcijā:
“1.9.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 6. jūlija plkst. 12:00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@vc4.lv.”
- 1.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pirms šo grozījumu publicēšanas, var tikt atsaukti un iesniegti atkārtoti līdz pagarinātajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

2. Grozījumi 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums”

- 2.1. Iepirkuma dokumentācijas 2. pielikuma 4. daļa “USG oftalmologiem” tiek precizēta, izsakot attiecīgās tehniskās specifikācijas prasības jaunā redakcijā atbilstoši 2026. gada 18. jūnija aktualizētajai tehniskajai specifikācijai.
- 2.2. Grozījumi attiecas tikai uz iepirkuma priekšmeta 4. daļu “USG oftalmologiem”. Pārējās iepirkuma priekšmeta daļas un pārējās iepirkuma dokumentācijas prasības, ciktāl tās nav grozītas ar šiem grozījumiem vai iepriekš publicētajiem grozījumiem, paliek spēkā nemainīgas.
- 2.3. Precizētā 2. pielikuma 4. daļas “USG oftalmologiem” tehniskā specifikācija ir pievienota šiem grozījumiem kā 1. pielikums un ir piemērojama piedāvājumu sagatavošanai par iepirkuma priekšmeta 4. daļu.

3. Precizēto prasību pārskats

Pozīcija	Grozījuma būtība
1.2.	Precizēta ekrāna izšķirtspējas prasība, nosakot minimālo izšķirtspēju vismaz 1024 × 768 pikseli.
1.6.	Precizēta svara prasība, paredzot pieļaujamo novirzi ±0,2 kg.
1.7.	Precizēta B-scan zondes frekvences prasība, nosakot zondes frekvenci 15 MHz, ±1 MHz.
1.9.	Precizēta skenēšanas leņķa prasība, nosakot to vismaz 50°.

4. Publicēšana un piemērošana

4.1. Šie grozījumi un precizētā 2. pielikuma 4. daļas "USG oftalmologiem" tehniskā specifikācija publicējama Pasūtītāja tīmekļvietnē <https://vc4.lv/aktualitates/iepirkumi> pie konkrētās iepirkuma procedūras ID Nr. ERAF 024-2026/06-01, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā.

4.2. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šie grozījumi un precizētā tehniskā specifikācija. Gadījumā, ja starp iepriekš publicēto iepirkuma dokumentāciju un šiem grozījumiem pastāv neatbilstība, piemērojama šo grozījumu redakcija.

Valdes priekšsēdētājs

Māris Rēvalds

2. pielikuma 4. daļa “USG oftalmologiem” jaunā redakcijā**Iepirkuma priekšmets – USG oftalmologiem (1 vienība)**

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 18.06.2026.

Ja tehniskajā specifikācijā minētas konkrētas tehnoloģijas, funkcionalitātes vai standarti, tiek pieļauti arī ekvivalenti risinājumi, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku funkcionalitāti. Pretendentam ir pienākums pierādīt piedāvātā risinājuma ekvivalenci.

Vispārīgās prasības

Nr.	Prasība	Pretendenta sniegta informācija par atbilstību prasībām
1	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportēšanu, uzstādīšanu, konfigurēšanu, pieslēgšanu Pasūtītāja informācijas sistēmai Smart Medical, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā Pasūtītāja norādītajā vietā;	
2	Preces piegāde jānodrošina ne ilgāk kā 40 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, un uzstādīšana jānodrošina ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas;	
3	Piedāvātajai iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, bez iepriekš lietotām vai atjaunotām sastāvdaļām vai komponentēm, kā arī pilnībā atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;	
4	Piedāvātajai iekārtai jānodrošina garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā Pretendents nodrošina iekārtas remontu, tehnisko atbalstu, apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas;	
5	Pretendentam jānodrošina iekārtas uzstādīšana, konfigurēšana, pārbaude, funkciju testēšana un nodošana ekspluatācijā, ievērojot ražotāja tehniskās prasības un Pasūtītāja norādījumus;	
6	Nododot iekārtu ekspluatācijā, piegādātājam jānodrošina lietotāju apmācība darbam ar iekārtu. Ja iekārtas lietošanai ir nepieciešama protokolu vai izmeklējumu iestatījumu pielāgošana, to nodrošina ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja apmācīts speciālists;	
7	Piegādājot iekārtu, jāiesniedz lietošanas instrukcija latviešu valodā un servisa rokasgrāmata, ja tā paredzēta ražotāja dokumentācijā;	
8	Pretendentam jāiesniedz preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts apliecināošs dokuments, kas ļauj pretendenta nodrošināt piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā. Ja dokumentu izsniedz ražotāja autorizēts pārstāvis, tam jāpievieno ražotāja izdots dokuments, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai;	
9	Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 servisa inženierim vai speciālistam, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja apmācīts un sertificēts iekārtas uzstādīšanai,	

	garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijas Republikas teritorijā;	
10	Piedāvātajai iekārtai jābūt ar CE marķējumu. Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija, ja tā attiecināma uz piedāvāto iekārtu;	
11	Nododot iekārtu ekspluatācijā, Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaude, funkciju testēšana un novērtēšana atbilstoši 15.08.2023. MK noteikumu Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" nosacījumiem, ja to paredz ražotājs vai normatīvie akti. Pārbaudi apliecināšie dokumenti jānodod Pasūtītājam kopā ar pieņemšanas–nodošanas aktu;	
12	Pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis un preces kods, kā arī jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija, datu lapa, katalogs, brošūra vai saite uz ražotāja oficiālo informāciju, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;	
13	Ja piedāvājumā iesniegtie tehniskie dokumenti ir svešvalodā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz būtiskās informācijas tulkojums latviešu valodā;	
14	Piegādātājam jānodrošina darba vietas sakārtošana pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas, tai skaitā iepakojuma materiālu aizvešana no uzstādīšanas vietas.	

Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)

Nr.p.k.	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības	Piešķiramie bonusa punkti	Pretendenta piedāvātie parametri*	Atsauce uz informatīvo materiālu**
	USG oftalmologiem - 1 ierīce			
	Preces ražotājs, valsts:			
	Preces modelis, kods:			
	1 vienības iegādes, piegādes un uzstādīšanas cena bez PVN, EUR:			
	Cena kopā bez PVN, EUR:			
1	Tehniskās prasības			
1.1.	Konsole ar skārienjūtīgu ekrānu ar izmēru vismaz 12'			
1.2.	Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024 x 768 pikseli			
1.3.	Iebūvēta pacientu un ārstu datubāze			
1.4.	Attēlu un video eksportēšanas iespējas			
1.5.	Nepieciešamie savienojuma tipi - USB, LAN, HDMI			
1.6.	Svars ne vairāk kā 3,3 kg, pieļaujamā atkāpe ±0,2 kg			
1.7.	B-scan zonde ar frekvenci 15 MHz, ±1 MHz			
1.8.	Izšķirtspēja – aksiālā ne vairāk kā 0,015 mm, laterālā ne vairāk kā 0,085 mm			

1.9.	Skenēšanas leņķis vismaz 50°			
1.10.	Vismaz 256 skanējumi kadrā			
1.11.	Optiskais palielinājums vismaz 2x			
1.12.	Pieejamie mērījumu instrumenti – vismaz 6 līnijas, 2 laukumi, 2 bultas, 2 leņķi			
1.13.	Pieejama laika pastiprinājuma (TGC) kontrole			
1.14.	Gamma pieejamie korekcijas veidi – Pilnā korekcija, Lineārā, S veida izliekuma, krāsu			
1.15.	Pieejamie atskaišu formāti – vismaz PDF, JPEG, PNG, TIFF, GIF			
1.16.	Neierobežots video ciklu ierakstu skaits			
1.17.	Pielāgojama dokumentu pārsūtīšana, izmantojot EMR, e-pastu vai printeri			

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanai tiek pielaisti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām obligātajām prasībām.

Obligātās tehniskās prasības tiek vērtētas pēc principa “atbilst/neatbilst”. Pretendents, kura piedāvājums neatbilst kādai no obligātajām tehniskās specifikācijas prasībām, netiek vērtēts tālāk.

Kopējais punktu skaits: $P_{kopā} = P_{cena}$

$P_{kopā}$ — kopējais iegūtais punktu skaits.

P_{cena} — punkti par cenu.

Maksimālais kopējais punktu skaits — 50 punkti.

Cena — maks. 50 punkti.

Maksimālo punktu skaitu par cenu saņem pretendents ar zemāko piedāvāto cenu bez PVN.

Pārējo pretendentu cenu punkti tiek aprēķināti pēc formulas: $P_{cena} = C_{min} / C_p \times 50$

C_{min} — zemākā piedāvātā cena bez PVN.

C_p — vērtējamā pretendenta piedāvātā cena bez PVN.

Rezultātu noapaļo līdz 2 zīmēm aiz komata.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām obligātajām prasībām un iegūst visaugstāko kopējo punktu skaitu.

Ja vairāki piedāvājumi iegūst vienādu kopējo punktu skaitu, priekšroka tiek dota pretendents ar zemāko piedāvāto cenu bez PVN.